

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SENSIT s.r.o
Školní 2610
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ 64087484

tímto prohlašuje,

že vlastnosti dále uvedených výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a jsou za podmínek správné instalace, použití a údržby pro určený účel použití bezpečné.

U všech výrobků uváděných na trh byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených technických norem.

Název výrobku: Odporové snímače teploty pro měřidla tepla dodávaného vodní párou

Typ: T 13

Popis a použití:

Snímače teploty T 13 jsou používány jako součásti měřidel tepla dodávaného vodní párou podle TPM 3723-03, TPM 3724-03 pro měření teploty kondenzátu. Jsou vyráběny s teplotními čidly Pt 100, Pt 500, Pt 1000, jejich zapojení může být 2vodičové nebo 4vodičové. Konstrukce pouzdra umožňuje přímou montáž těchto snímačů DS do potrubí bez použití jímek, čímž je zajištěna rychlá odezva na změnu teploty. Standardní teplotní rozsah použití je 0 až 150°C. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

Výrobek, na který se vztahuje toto prohlášení, je ve shodě s následujícími předpisy a normami:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních implementovanou do právního řádu České Republiky nařízením vlády č. 481/2012 Sb., v platném znění --- výjimka dle přílohy č. 2, bod 7a)
- ČSN EN 60751, ČSN EN 60 529, TPM 3723-03, TPM 3724-03, TPM 3342-94 – značka schválení typu snímačů je TCM 321/01-3608

Certifikáty, typové zkoušky:

- TPM 3342-94 Rozhodnutí o schválení typu č. 011-CS-C024-02, ze dne 16. 3. 2012, ČMI Brno
- ČSN EN 60 529 Certifikát č. 97 E 0229, vydaný dne 29.11.1997, Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava - Radvanice

Rožnov pod Radhoštěm, dne: 22.7.2014



Ing. Petr Brzezina
Jednatel společnosti